物　品　買　入　仕　様　書

１ 件　　名 記録計　買入

２ 明　　細

No.	品　　名	形　質　寸　法	数量・単位	
1	記録計	○チャネル数:アナログ2ch +ロジック4ch ○測定レンジ：10mV～50V/div(10divフルスケール)、12レンジ、分解能：レンジの1/100 ○最大入力電圧：DC 400V ○周波数特性：DC～50kHz (-3dB) ○時間軸：100μs～5min/div, 20レンジ, 時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大：×2～×10の3段、圧縮：1/2～1/1,000の9段 ○測定機能：メモリレコーダ (高速記録) ○メモリ容量、12ビット × 2Mワード/ch、外部記憶装置、CFカードTYPE Iスロット × 1、 最大2GBまで ○表示部：4.3型WQVGA -TFTカラー液晶(480 × 272ドット) ○外部インタフェース：USB：USB2.0準拠High Speed対応 ○寸法・質量：180W × 110H × 45Dmm以下、600g以下 ○付属品：取扱説明書× 1、測定ガイド× 1、 ACアダプタ× 1、 ストラップ× 1、 USBケーブル× 1、 保護シート× 1、 アプリケーションディスク（専用アプリソフト）× 1、接続コード×2、ワニ口クリップ（赤黒セット）×２、グラバークリップ（赤黒セット）×２、コンタクトピン（赤黒セット）×２、バッテリパック×1 以上を満たす	1	台

３ 納入期限　契約後４５日

４ 納入場所　〒570 -0004
守口市淀江町１１－３１
大阪市水道局　工務部庭窪浄水場　維持整備

５ 特記事項　・物品供給申込書を提出するにあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は提出期限内に担当者へよく質し、その内容を熟知のうえ提出するものとする。契約後における仕様書の疑義は、当局の解釈によるものとする。

６ 事業担当　〒570 -0004
守口市淀江町１１－３１
大阪市水道局　工務部庭窪浄水場　維持整備
担　当：　石田　惣平
ＴＥＬ：０６－６９０７－４４７３
ＦＡＸ：０６－６９０８－６９５６